Erba Lachema s.r.o.

ADVISORY NOTICE


44_2023_Densilameter odstranění CE

DENSILAMETER II, INS00062


Vážení zákazníci,

Dovolujeme si vás informovat, že vzhledem k požadavkům nové legislativy EU pro zdravotnické prostředky (nařízení 2017/746 známé jako IVDR) nejsme schopni prohlásit shodu našeho přístroje DENSILAMETER II s touto normou. Vzhledem k této skutečnosti budou všechny přístroje vyrobené po 26. Květnu 2022 určeny pro prodej mimo EU pouze jako non-IVDR produkty bez CE na produktových štítcích.

Štítek primárního obalu



Štítek sekundárního obalu



V případě jakýchkoliv dotazů nás neváhejte kontaktovat.

S pozdravem,

Erba Lachema s.r.o.
Technická podpora

Erba Lachema s.r.o.
Karásek 2219/1d, 621 00 Brno
DIČ: CZ26918846 -7-

Brno 4.12.2023

Ref.No.AN_44_2023