Erba Lachema s.r.o.

INFORMATIVNÍ UPOZORNĚNÍ

12_2025_Vzhled a preciznost výsledků soupravy CO2

Vážení zákazníci,

dovolujeme si vás informovat, že na základě průběžného interního testování soupravy
CO2 (kat. č. XSYS0100)
LOT 2403205
LOT 2405232

jsme shledali tuto soupravu jako nevyhovující svým vzhledem a byla pozorována snížená opakovatelnost výsledků měření.

V případě jakéhokoli problému s touto soupravou, ať už se jedná o zvýšenou hustotu, přítomnost částic v roztoku nebo sníženou preciznost výsledků kontroly kvality nebo pacientských vzorků, prosíme, vytvořte oficiální reklamaci v našem CRM portálu (https://support.erbamannheim.com/).

V případě jakýchkoli dalších dotazů neváhejte kontaktovat pana Víta Hermana na e-mail v.herman@erba.com.

S pozdravem,

Nemcova

Erba Lachema s.r.o.

Erba Lachema s.r.o.
Karásek 2219/1d, 621 00 Brno
DIČ: CZ26918846 -7-

V Brně, 04.04.2025

Ref. No.AN_12_2025