Erba Lachema s.r.o.

INFORMATIVNÍ UPOZORNĚNÍ

18_2025_UREA 275

Vážení zákazníci,

dovolujeme si vás informovat, že u diagnostické soupravy **UREA 275, šarže 2410005** (reg. č. 12000024, kat. č. XSYS0020), která se používá pro kvantitativní *in vitro* stanovení močoviny v séru, plazmě a moči, byly interně zjištěny nesprávné výsledky kalibrace (nízké hodnoty blanku a faktoru).

Pokud pozorujete jakékoli nesprávné výsledky těchto šarží při kalibraci nebo při kontrole kvality (zejména hodnoty blanku, koncentrace nebo faktoru), prosíme, okamžitě přerušte analýzu, nepoužívejte již tuto šarži na další měření (především nepokračujte v měření pacientských vzorků) a reklamujte nefunkční kusy na našem CRM portálu (support.erbamannheim.com). Reklamované zboží vám bude nahrazeno.

V případě jakýchkoli dotazů nás neváhejte kontaktovat.

S pozdravem,

Erba Lachema s.r.o.

Erba Lachema s.r.o.
Karásek 2219/1d, 621 00 Brno
DIČ: CZ26918846 -7-

V Brně, 07.05.2025

Ref. No.AN_18_2025