Erba Lachema s.r.o.

INFORMATIVNÍ UPOZORNĚNÍ

27_2025_XL 200 nový vestavěný software

Vážení zákazníci,

Dovolujeme si Vás informovat, že pro analyzátor XL-200 byla vydána nová verze vestavěného SW XL200_2024_RS0.13.

1. **Účel:**

   Vestavěný software ver. XL200_2024_RS0.13 zahrnuje vylepšení předchozího vestavěného softwaru ver. XL200_2023_RS0.09.

2. **Seznam změn ve vestavěném softwaru XL200_2024_RS0.13:**

   Zlepšení: Cyklus Autospan byl upraven (Provádí se autospan na kyvetě 1, 15 a 29 a pro další referenci bude použita hodnota minimálního zisku).

Vestavěný SW verze XL200_2024_RS0.13 je již obsažena v analyzátorech vyrobených od SN 25P0340, 25P0342 výše.

Pro instalaci vestavěné SW verze prosím kontaktujte svého místního servisního technika nebo distributora.

Aplikováno pro:

Přístroje:

50006794	INS00001	XL-200 (with ISE)
50006770	INS00002	XL-200 (without ISE)

V případě dalších dotazů nás prosím neváhejte kontaktovat.

S pozdravem,

Erba Lachema s.r.o.

Erba Lachema s.r.o.
Karásek 2219/1d, 621 00 Brno
DIČ: CZ26918846 -7-

V Brně, 02.06.2025

Ref. No.AN_27_2025