Erba Lachema s.r.o.

INFORMATIVNÍ UPOZORNĚNÍ

32_2025_XL 200 Nová aktualizace softwaru

Vážení zákazníci,

Dovolujeme si Vás informovat, že pro analyzátor XL-200 byla vydána nová verze sw 2025.01B.

1. **Účel:**

   Aplikační software ver. 2025.01B zahrnuje nové funkce oproti předchozí verzi aplikačního softwaru ver. 2025.01.

2. **Seznam změn v aplikačním softwaru ver. 2025.01B:**

   Nová funkce: Provize pro RUSKO: Erba-RUS Product Login je přidán do softwaru pro zobrazení loga registrovaného v Rusku. (Viz dokument Přihlášení k produktu).
   Zprávy pacienta – Změna překladu: Titulek se změní na Oblast.
   Nová funkce: Revidované schéma CRR (klinický rozsah hlášení):
   i. Prohodnocuje Tec-H Limit s (snížit objem/poměr) pro zobrazení orientačních hodnot.
   ii. ii. Neprohodnocuje Tec-L limit s (Zvýšení objemu/poměru) pro zobrazení orientačních hodnot.

Verze SW **2025.01B** je již obsažena v zařízeních vyráběných od SN 25P0393 výše.

Pro instalaci SW verze prosím kontaktujte svého místního servisního technika nebo distributora.

Aplikováno pro:

Přístroje:

50006794	INS00001	XL-200 (with ISE)
50006770	INS00002	XL-200 (without ISE)

V případě dalších dotazů nás prosím neváhejte kontaktovat.

S pozdravem,

Erba Lachema s.r.o.

Erba Lachema s.r.o.
Karásek 2219/1d, 621 00 Brno
DIČ: CZ26918846 -7-

V Brně, 03.07.2025

Ref. No.AN_32_2025

Erba Lachema s.r.o.
Karásek 2219/1d, 621 00 Brno, Česká republika
IČ: 269 18 846, DIČ: CZ26918846, zapsána v Obchodním rejstříku vedeném krajským soudem v Brně, oddíl C, vl. 45458
Tel.: +420 517 077 111, e-mail: diagnostics@erba.com, www.erba.com