Erba Lachema s.r.o.

INFORMATIVNÍ UPOZORNĚNÍ

52_2025_H7100_nová verze SW A3.1

Vážení zákazníci,

Dovolujeme si Vás informovat, že sw přístroje H7100 byl aktualizován na verzi SW A3.1.

1. **Účel:** **Oprava chyby z předchozího softwaru a nové funkce**

2. **Seznam změn v aplikačním softwaru version A3.1:**
   1) Vícejazyčná podpora QC - hostitel, DMS a CMS podporují ruské jazykové prostředí
   2) Kompatibilní se zkumavkami pro odběr krve SARSTEDT
   3) Zapnutí - na rozhraní pro počítání se zobrazuje počet na pozadí a je podporován tisk
   4) Statistiky údržby
   5) Aktualizace online manuálu DMS
   6) Stojan na zkumavky podporuje konfigurace s 5 i 22 pozicemi
   7) Změny v indikátorech interní kontroly pro kalibrační koeficienty výrobce a přenosové koeficienty - V rámci výrobního povolení byly změněny standardy interní kontroly pro kalibrační koeficienty výrobce a přenosové koeficienty na: WBC, WBC-D, HGB, MCV: 90 %-110 %; RBC a PLT: 80 %-110 %; RBC-O, PLT-O: 85 %-115 %
   8) Alarm zablokování průtokové komory
   9) Oprava chyby - vysoká míra selhání podtlaku, optimalizace horní hranice monitorování podtlaku
   10) Oprava chyby - optimalizace kontaminace přenášené odběrovou sondou
   11) Oprava chyby - optimalizace postřiku vody na čistící tampón

Verze SW A3.1 je již obsažena v zařízeních vyráběných od SN K11162536001.

Aplikováno pro:

Přístroje:

50008197	INS00087	H7100 (220-240V) single set
50008485	INS00087	H7100 (115V) single set

V případě dalších dotazů nás prosím neváhejte kontaktovat.

Erba Lachema s.r.o.
Karásek 2219/1d, 621 00 Brno, Česká republika
IČ: 269 18 846, DIČ: CZ26918846, zapsána v Obchodním rejstříku vedeném krajským soudem v Brně, oddíl C, vl. 45458
Tel.: +420 517 077 111, e-mail: diagnostics@erba.com, www.erba.com

Erba Lachema s.r.o.

S pozdravem,

Erba Lachema s.r.o.

Erba Lachema s.r.o.
Karásek 2219/1d, 621 00 Brno
DIČ: CZ26918846 -7-

V Brně, 17.10.2025

Ref. No.AN_52_2025

Erba Lachema s.r.o.
Karásek 2219/1d, 621 00 Brno, Česká republika
IČ: 269 18 846, DIČ: CZ26918846, zapsána v Obchodním rejstříku vedeném krajským soudem v Brně, oddíl C, vl. 45458
Tel.: +420 517 077 111, e-mail: diagnostics@erba.com, www.erba.com