Erba Lachema s.r.o.

INFORMATIVNÍ UPOZORNĚNÍ

07_2026_ Nekompatibilita EHK vzorku SEKK se systémem PHAN AUTO a LAURA XL

Vážení zákazníci,

dovolujeme si vás upozornit na nekompatibilitu vzorku B dodaného v novém cyklu externího hodnocení kvality SEKK (DGP 1/26) s měřícím systémem PHAN AUTO a LAURA XL.

Společnost SEKK v roce 2026 přešla k jinému dodavateli vzorků pro hodnocení kvality. Nově dodaný vzorek B je velmi tmavý a v důsledku tmavého zbarvení u tohoto vzorku analyzátor Laura XL není schopen vyhodnotit některé parametry a zobrazí výsledek „Mimo rozsah". Uvedený problém se týká především parametru pH, popřípadě také parametrů Ketony a Proteiny.

Společnost SEKK jsme o nekompatibilitě informovali a jako dočasné řešení je doporučeno u těchto parametrů výsledek neuvádět a zároveň do poznámky uvést, že parametry nebylo možné analyzátorem LAURA XL změřit. Při tomto postupu by vám mělo být společností SEKK úspěšně vydáno Osvědčení o účasti v programu.

Současně intenzivně pracujeme na úpravě vyhodnocovacího softwaru analyzátoru Laura XL, který by měl tuto nekompatibilitu odstranit. O vydání nové verze softwaru budete včas informováni.

Související produkty:

Kat. č:	Název:
INS00065	LAURA XL
URPH0030	DEKAPHAN AUTO
URPH0031	UNDEKAPHAN AUTO

V případě dalších otázek se na nás neváhejte obrátit.

S pozdravem,

Erba Lachema s.r.o.

Erba Lachema s.r.o.
Karásek 2219/1d, 621 00 Brno
DIČ: CZ26918846 -7-

V Brně, 29.01.2026

Ref. No.AN_07_2026