Erba Lachema s.r.o.

INFORMATIVNÍ UPOZORNĚNÍ

10_2026_ Zpracování 14místných čárových kódů na kontrolních proužcích URPH1003

Vážení zákazníci,

dovolujeme si Vás informovat o následující skutečnosti týkající se provozu analyzátoru LAURA SMART (kat. číslo: INS00064).

Analyzátor LAURA SMART přijímá pro **kontrolní proužky (URPH1003)** pouze 13místné kódy.
V některých případech můžete obdržet materiály označené 14místným čárovým kódem. Z tohoto důvodu není možné celý 14místný kód zadat přímo do analyzátoru.

Proto vás žádáme, abyste při používání kontrolních proužků (URPH1003) s 14místným kódem zvolili jeden z následujících postupů:

1) Použít čtečku čárových kódů, která automaticky načte a přenese správný identifikátor do analyzátoru,

   nebo

2) ručně zadat pouze prvních 13 číslic uvedeného kódu, bez poslední kontrolní číslice.



Toto doporučení se vztahuje pouze na zařízení LAURA SMART se sériovými čísly vyššími než 2405.

Dodržení tohoto postupu zajistí správnou identifikaci materiálu a bezchybnou funkci analyzátoru LAURA SMART.

V případě dalších otázek se na nás neváhejte obrátit.

S pozdravem,

Erba Lachema s.r.o.

Erba Lachema s.r.o.
Karásek 2219/1d, 621 00 Brno
DIČ: CZ26918846 -7-

V Brně, 25.02.2026

Ref. No.AN_10_2026

Erba Lachema s.r.o.
Karásek 2219/1d, 621 00 Brno, Česká republika
IČ: 269 18 846, DIČ: CZ26918846, zapsána v Obchodním rejstříku vedeném krajským soudem v Brně, oddíl C, vl. 45458
Tel.: +420 517 077 111, e-mail: diagnostics@erba.com, www.erba.com